



Prefeitura Municipal de São Francisco

Secretaria Municipal de Saúde

UMM Dr. Brício de Castro Dourado

Av. Dom Pedro de Alcântara nº626, Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0010-30

Tel. (38) 3631-1607 E-mail: hospital@prefeiruradesaofrancisco.mg.gov.br

São Francisco, 14 de julho de 2021

Ofício: SEMS/UMMDBCD/Nº172/2021

Prezado Charley,

Com meus cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa senhoria a relação dos itens que encontramos inconsistência na proposta apresentada no Pregão eletrônico 013/2021.

Item: 01

1º lugar = Atende

Item: 02 Oxímetro de Pulso equipamentos portátil

1º Lugar – Mcarrega Comércio de Produtos Hospitalares. Não atende, pois o modelo Contec CMS é oxímetro de dedo. Portanto Desclassificada.

2º Lugar – Wesley Rodrigues Oliveira/ME. Não atende, pois não possui tela de 2,4 polegadas e não possui bateria com autonomia de 36 horas. Portanto Desclassificada.

3º Lugar – Equimed Equipamentos Med. Hospitalares Ltda – Atende à especificação.

Item: 03 Bomba de infusão de equipo

1º lugar: Equimed Equipamentos Med. Hospitalares Ltda.

Não atende, pois o edital solicita tela de no mínimo 3 polegadas e o modelo ofertado HK 100 possui tela de 2,8 polegadas e também não possui Modo Peso em seu descritivo.

Portanto Desclassificada.

2º lugar: Hosp-Odonto

Não atende, pois o edital solicita tela de no mínimo 3 polegadas e o modelo ofertado SP 750 possui tela de 2,8 polegadas. O edital solicita peso não superior a 2,5 kg e o modelo ofertado é de 3,5kg.

Portanto Desclassificada.

3º lugar: Visamed

Não atende, pois a taxa de Kvo é de 3ml/hora e o solicitado no edital corresponde a 0,1-0,5ml/hora.

O registro da Anvisa encaminhado por e-mail pela empresa, não está disponível no site.

Portanto Desclassificada.

➤ Sugestão: Ao abrir o próximo edital, que o faça para AMPLA PARTICIPAÇÃO.



Item: 04

1º lugar - Atende

Item: 05 Aparelho de anestesia

1º Lugar – Coopermedica (Marca Novitech - Modelo Tasia 4000)

Na descrição técnica do edital solicita monitoração de Loops em tempo real, o modelo Tesia 4000 não tem essa tecnologia no seu equipamento, o monitoramento de loops é uma das ferramentas mais avançadas nos equipamentos de anestesia. (Manual Anvisa pag. 147)

Também está sendo solicitado na descrição técnica, tela sensível ao toque, o modelo Tesia 4000 não possui essa opção de tela no seu equipamentos, o funcionamento e através de botão Easy Touch (Manual ANVISA pag. 08 e catalogo do próprio site)

Na descrição técnica do edital solicita tela de no mínimo 10.4 polegadas, o modelo Tesia 4000 possui tela de 5.6 polegadas. (Manual ANVISA Pag. 147 e catalogo no próprio site).

Portanto Desclassificada.

2º Lugar – PLG Distribuidora (Marca KTK - Modelo Sat 500)

Na descrição técnica do edital solicita tela de no mínimo 10.4 polegadas, o modelo Sat 500 possui tela de 5.5 polegadas.

Também esta sendo solicitado na descrição técnica, tela sensível ao toque, o modelo Sat 500 não possui essa opção de tela no seu equipamento.

Na descrição é solicitado bivolt automático, o modelo SAT 500 não possui a troca automática, sendo necessário a seleção 110 ou 220 v.

Portanto Desclassificada.

3º Lugar – Respiratory Care – (Marca Comen – Modelo AX500)

Conforme consulta ao manual da ANVISA do modelo AX500 foi encontrada as seguintes informações que o equipamento não atende o edital;

Na Pag.III (3): “ Campo de aplicação, este produto é aplicável à anestesia inalatória e ao acompanhamento respiratório em pacientes adultos e pediátricos durante procedimentos cirúrgicos”. Como a descrição solicita ventilação em pacientes neonatais, o equipamento não atende a especificação técnica.

Segue cópia de informação encontrada na Pag. III (3): “Contra-indicações: São proibidas pneumotórax e insuficiência pulmonar” essa informação fica claro entender que o equipamento AX500 não é indicado para pacientes graves , e sim para cirurgias de baixa complexidade.

Portanto Desclassificada.

4º Lugar = Atende

Item: 06 Monitor Multiparametro

1º lugar: Hosp Odonto comércio atacadista Ltda



Monitor CMS 800 Contec

Não atende autonomia da bateria, Tela não é touch - 1.3 Funções dos botões: todas as operações do monitor serão realizadas através de botões e de um knob de navegação na parte inferior da tela. Página 112 (Manual da Anvisa)

Portanto Desclassificada.

2º Lugar – PLG DISTRIBUIDORADEPRODUTOSHOSPITALARESEIRELI - (Marca Contec - modelo CMS 9000)

O equipamento ofertado não atende a autonomia de mínimo de 5 horas conforme o edital, não atende com a tela sensível ao toque conforme solicita o edital e em seu manual de usuário não informa a resolução de tela conforme solicitado no edital.

Portanto Desclassificada.

3º Lugar - W TEDESCOREFRIGERAÇÃO - (Marca PROLIFE - modelo PROLIFE/C12)

O equipamento ofertado não atende conforme o edital a resolução de tela, não atende ao traçado de curvas na tela e não tem opcional possibilidade futura de realizar eletrocardiograma de 12 derivações.

Portanto Desclassificada.

4º Lugar - VisamedComerciode Material HospitalarLtda - (Marca ENDOBRAX - modelo G3G)

O equipamento ofertado não atende conforme o edital resolução da tela, autonomia de mínimo de 5 horas, não atende com a tela sensível ao toque e possibilidade futura de realizar eletrocardiograma de 12 derivações.

Portanto Desclassificada.

5º lugar = atende

Item 7: Monitor Multiparametro com capnografia

1º Lugar – PLG DISTRIBUIDORADEPRODUTOSHOSPITALARESEIRELI - (Marca Contec - modelo CMS 9000)

O equipamento ofertado não atende a autonomia de mínimo de 5 horas conforme o edital, não atende com a tela sensível ao toque conforme solicita o edital e em seu manual de usuário não informa a resolução de tela conforme solicitado no edital.

Portanto Desclassificada.

2º Lugar - W TEDESCOREFRIGERAÇÃO - (Marca PROLIFE - modelo PROLIFE/C12)

O equipamento ofertado não atende conforme o edital a resolução de tela, não atende ao traçado de curvas na tela e não tem opcional possibilidade futura de realizar eletrocardiograma de 12 derivações.

Portanto Desclassificada.



3º Lugar – Equimed

Não atende, pois o modelo ofertado não possui registro na Anvisa de central de monitorização, como solicitado no edital.

Portanto Desclassificada.

4º lugar – Visamed

Não atende, pois o modelo apresentado possui a autonomia de bateria menor que o solicitado no edital.

5º lugar – Coopermédica

Não atende, pois o modelo apresentado na proposta tem uma resolução de tela de 600x600 e a resolução mínima exigida corresponde a 1024x768 pixels. E a capnografia ofertado pelo equipamento é sidestrin e solicitado no edital é de Mainstream ou Microstream.

- Sugestão: Ao abrir o próximo edital, que o faça para AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item 8: Incubadora neonatal

1º Colocado – W Tedesco Refrigeração

Marca Olídef – Modelo – Line 4

Conforme consulta ao manual do equipamento registrado na Anvisa, constatamos que: Não atende ao solicitado no edital. (Conforme informações na página 65 do manual)

“Entrada de oxigênio através de válvula que permite concentrações mínimas de setenta a oitenta por cento de entrada máxima a quinze LPM”

Portanto Desclassificada.

2º- Colocado- TBIOS Industria e serviços EIRELI

Marca Fanem Modelo 1186A

Está muito acima do estimado do edital.

Portanto Desclassificada.

- Sugestão: Ao abrir o próximo edital, que o faça para AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item- 09 – Incubadora de Transporte

1º- Colocado – W Tedesco Refrigeração

Marca Olídef Modelo RWT

Conforme consulta ao manual do equipamento registrado na Anvisa, constatamos que:

Não atende ao solicitado no edital.



Prefeitura Municipal de São Francisco

Secretaria Municipal de Saúde

UMM Dr. Brício de Castro Dourado

Av. Dom Pedro de Alcântara nº626, Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0010-30

Tel. (38) 3631-1607 E-mail: hospital@prefeiruradesaofrancisco.mg.gov.br

“Não permite incorporar dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEP interligado ao equipamento”

Portanto desclassificada.

2º- Colocado- TBIOS Industria e Serviços EIRELI

Marca Fanem Modelo IT 158

Está muito acima do estimado do edital.

Portanto desclassificada.

➤ Sugestão: Ao abrir o próximo edital, que o faça para AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item 10 Fototerapia

1º- Colocado- Hosp Odonto Comercio Atacadista LTDA

Marca Olidef Modelo LED FHOTO

Ao consultar o Manual do equipamento registrado na Anvisa, foi constatado que o mesmo não atende às características solicitadas no edital.

-Entrada compatível para sensor de radiômetro

-Sistema combinado de fototerapia dupla

Portanto Desclassificada.

2º- Colocada – TBIOS Industria e Serviços EIRELI

Marca Fanem Modelo 3006 BTP

Está muito acima do estimado do edital.

Portanto desclassificada.

➤ Sugestão: Ao abrir o próximo edital, que o faça para AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item 11 – Aspirador de secreções

1º lugar = Atende

Item 12- Berço Aquecido

1º Colocado - Marca Olidef- Modelo Matrix

Ao consultar o manual do equipamento registrado na ANVISA, foi constatado que o mesmo não atende ao solicitado no edital.

“Não possibilita dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEP incluso no painel do equipamento, conforme edital”

Portanto desclassificado.



Prefeitura Municipal de São Francisco

Secretaria Municipal de Saúde

UMM Dr. Brício de Castro Dourado

Av. Dom Pedro de Alcântara nº626, Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0010-30

Tel. (38) 3631-1607 E-mail: hospital@prefeiruradesaofrancisco.mg.gov.br

2º- Colocado- MHM do Couto- Comercial ME

Marca Gigante- Modelo Neosolution

Ao consultar o manual do equipamento registrado na ANVISA, foi constatado que o mesmo não atende ao solicitado no edital.

“Não possibilita dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEP incluso no painel do equipamento, conforme edital”

Portanto desclassificado.

3º Colocado- Coopermédica Comercio de Produtos Médicos Ltda.

Marca Gigante- Modelo Neosolution

Ao consultar o manual do equipamento registrado na ANVISA, foi constatado que o mesmo não atende ao solicitado no edital.

“Não possibilita dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEP incluso no painel do equipamento, conforme edital”

Portando desclassificado.

4º- Colocado- W Tedesco Refrigeração

Marca Olidef- Modelo Matrix

Ao consultar o manual do equipamento registrado na ANVISA, foi constatado que o mesmo não atende ao solicitado no edital.

“Não possibilita dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEP incluso no painel do equipamento, conforme edital”

Portanto desclassificado.

5º- Colocado- Datamed Ltda

Marca Fanem- Modelo Ampla 2085

Ao consultar o manual do equipamento registrado na ANVISA, o mesmo atende ao solicitado no edital

Portanto Classificado.

➤ Sugestão: Ao abrir o próximo edital, que o faça para AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item 13 Berço para RN

1º lugar = Atende

Item 14 Carro maca

1º lugar - Atende



Item 15: Poltrona hospitalar

1º lugar – Atende

Item 16 – Detector Fetal

1º lugar – Equimed

Não atende, pois o modelo apresentado possui intensidade de ultrassom de $< 20\text{mW/cm}^3$ e o edital solicita $< 10\text{mW/cm}^3$.

2º lugar – M Carrega

Não atende, pois a faixa de medição do aparelho é de 50~210 bpm e o solicitado no edital é de no mínimo de 50~ a 240bpm.

3º lugar – Isabella Fernanda Lopes da Silva Fernades

Não atende, pois o modelo apresentado possui intensidade de ultrassom de $< 20\text{mW/cm}^3$ e o edital solicita $< 10\text{mW/cm}^3$.

4º lugar – Hosp Odonto

Atende

Item 17: Cama PPP

1º lugar - Atende

Item: 18: CPAP

1º lugar - Atende

Item 19: Mesa de Escritório

1º lugar - Atende

Item 20 – Esfignomanometro adulto

1º lugar = Atende

Item 21: Balde a pedal

1º lugar = Atende

Item 22: Balança antropométrica

1º lugar = Atende

Item 23: Computador

1º lugar = Atende

Item 24: Suporte para Hamper

1º lugar - Atende

EA



Item 25: Mesa auxiliar

1º lugar = Atende

Item 26: Mesa de Mayo

1º lugar = Atende

Item 27: Banqueta de parto

1º lugar = Atende

Item 28: Reanimador manual neonato

1º lugar = Atende

Item 29: Espaldar em madeira

1º lugar = Atende

Item 30: Suporte de soro

1º lugar = Atende

Item 31: Foco refletor

1º lugar – TBIOS

Não atende, pois o modelo apresentado não possui iluminação de Led conforme solicitado em edital.

2º lugar - Atende

Item 32: Armário

1º lugar = Atende

Item 33: Cadeira

1º lugar = Atende

Item 34: Escada de 2 degraus

1º lugar = Atende

Item 35: Mesa ginecológica

1º lugar – Atende

Item 36: Mesa para computador

1º lugar – Atende

Item 37: Balde a pedal

1º lugar – Atende

Handwritten signature or initials.



Prefeitura Municipal de São Francisco

Secretaria Municipal de Saúde

UMM Dr. Brício de Castro Dourado

Av. Dom Pedro de Alcântara nº626, Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0010-30

Tel. (38) 3631-1607 E-mail: hospital@prefeiruradesaofrancisco.mg.gov.br

Item 38: Estetoscópio infantil

1º lugar – M Carrega Comércio

Não atende, pois o modelo apresentado foi em metal cromado e no edital é solicitado Estetoscópio com auscultador em Aço Inoxidável.

2º lugar - Atende

Item 39: Estetoscópio infantil

1º lugar – M Carrega Comércio

Não atende, pois o modelo apresentado foi em metal cromado e no edital é solicitado Estetoscópio com auscultador em Aço Inoxidável.

2º lugar - Atende

Item 40: Reanimador manual adulto

1º lugar – Atende

Atenciosamente,

Tereza Cristina S. Almeida

Superintendente em Saúde

Tereza Cristina S. Almeida
SUPERINTENDENTE
EM SAÚDE

UMM Dr. Brício de Castro Dourado

Charley de Souza Mota

Setor de Licitação

Prefeitura Municipal de São Francisco