



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MINAS GERAIS

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

Ofício

São Francisco, 15 de outubro de 2024

Assunto: Análise Técnica de Equipamentos  
Pregão Eletrônico N° 014/2024  
Processo Licitatório N° 106/2024  
Charley Souza Mota  
Pregoeiro Oficial

Venho por meio deste informar a Vossa Senhoria que foram analisados os laudos, catálogos e certificados técnicos dos itens 03,06,07,14,16,17,23,24 e 25, referente à Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, Processo Licitatório N°106/2024, Pregão Eletrônico N° 014/2024.

Após minuciosa análise da equipe técnica do Hospital Geral Dr. Brício de Castro Dourado, todos os itens estão conforme a descrição apresentada, exceto para os itens 14 e 24.

Após pedido informação a Sanders, referente ao item 14, Lavadora Termodesinfectora, foram sanadas as dúvidas e a proposta apresentada pela referida empresa será aceita.

Já para o item 24, Aspirador Clínico, cuja vencedora foi a empresa Ramos Eletrodomésticos LTDA, CNPJ, 44.592.139/0001-47. O aparelho de sucção Maxmed possui capacidade reservatório de 1 litro, entretanto, no descritivo foi solicitada a capacidade de 1,3 litros.

Por isso, a Ramos desistiu da proposta.

Já a Soares Mota, 2ª colocada, encaminhou a ficha técnica do equipamento, entretanto, não atende a situações de emergência hospitalar já que o equipamento é de uso doméstico.

Já o equipamento da 3ª colocada, Safra Industria de Moveis Hospitalares LTDA, CNPJ 47702009/001-64, atende ao descritivo solicitado, entretanto não apresentou a documentação necessária para habilitação.

Logo, a 4ª colocada, atende a especificação apresentada. E por isso, solicito reclassificação do equipamento para Quickbumecommerce Eireli, CNPJ 30.323.616/0001-64, conforme aceite da empresa (anexo).

Atenciosamente,

Fernanda Gomes Dourado Barbosa

Fernanda G. Dourado Barbosa

Responsável Técnica

CRF-MG 22130

Responsável Técnica